

INSTRUÇÃO DE USO

Nome Técnico: Kit Instrumental

Nome Comercial: TEMPLATES NÃO IMPLANTÁVEL - TECHIMPORT

Registro ANVISA: 81118460040

Modelos comerciais: TEMPLATES NÃO IMPLANTÁVEL - TECHIMPORT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
TI340.0002.001	Template para Placa Curva Curta 3 x 3 Furos
TI340.0002.002	Template para Placa Curva Média 3 x 3 Furos
TI340.0002.003	Template para Placa Curva Longa 3 x 3 Furos
TI340.0002.004	Template para Placa Curva Curta 4 x 4 Furos
TI340.0002.005	Template para Placa Curva Média 4 x 4 Furos
TI340.0002.006	Template para Placa Curva Longa 4 x 4 Furos
TI340.0002.007	Template para Placa L Direita Curva 19 x 5 Furos
TI340.0002.008	Template para Placa L Direita Curva 21 x 6 Furos
TI340.0002.009	Template para Placa L Direita Curva 23 x 7 Furos
TI340.0002.010	Template para Placa L Direita Reta 19 x 5 Furos
TI340.0002.011	Template para Placa L Direita Reta 21 x 6 Furos
TI340.0002.012	Template para Placa L Direita Reta 23 x 7 Furos
TI340.0002.013	Template para Placa L Esquerda Curva 19 x 5 Furos
TI340.0002.014	Template para Placa L Esquerda Curva 21 x 6 Furos
TI340.0002.015	Template para Placa L Esquerda Curva 23 x 7 Furos
TI340.0002.016	Template para Placa L Esquerda Reta 19 x 5 Furos
TI340.0002.017	Template para Placa L Esquerda Reta 21 x 6 Furos
TI340.0002.018	Template para Placa L Esquerda Reta 23 x 7 Furos
TI340.0002.019	Template para Placa Orbital 04 Furos
TI340.0002.020	Template para Placa Orbital 08 Furos
TI340.0002.021	Template para Placa Orbital 12 Furos
TI340.0002.022	Template para Placa Orbital 16 Furos
TI340.0002.023	Template para Placa Reta Curta 04 Furos
TI340.0002.024	Template para Placa Reta Curta 06 Furos
TI340.0002.025	Template para Placa Reta Curta 08 Furos
TI340.0002.026	Template para Placa Reta Curta 10 Furos
TI340.0002.027	Template para Placa Reta Curta 12 Furos
TI340.0002.028	Template para Placa Reta Curta 14 Furos
TI340.0002.029	Template para Placa Reta Curta 16 Furos
TI340.0002.030	Template para Placa Reta Curta 18 Furos
TI340.0002.031	Template para Placa Reta Curta 20 Furos
TI340.0002.032	Template para Placa Reta Longa 04 Furos
TI340.0002.033	Template para Placa Reta Longa 06 Furos
TI340.0002.034	Template para Placa U Curva 5 x 19 x 5 Furos

TI340.0002.035	Template para Placa U Curva 6 x 21 x 6 Furos
TI340.0002.036	Template para Placa U Curva 7 x 23 x 7 Furos
TI340.0002.037	Template para Placa U Reta 5 x 19 x 5 Furos
TI340.0002.038	Template para Placa U Reta 6 x 21 x 6 Furos
TI340.0002.039	Template para Placa U Reta 7 x 23 x 7 Furos
TI340.0002.040	Template para Placa V 3 x 3 Furos
TI340.0002.041	Template para Placa V 4 x 4 Furos

Formas de apresentação comercial do Produto:

O Kit de TEMPLATES NÃO IMPLANTÁVEL - TECHIMPORT são compostos por peças individuais não esterilizadas, as quais podem ser vendidas em bandejas ou separadamente quando houver a necessidade de reposições. Nessa situação os instrumentais são embalados em envelope plástico com etiqueta de rastreabilidade. A rotulagem externa são as etiquetas de rastreabilidade do produto que constam as seguintes informações: Nome do Fabricante; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Número do Lote; Número do registro ANVISA; Código do Produto; Quantidade; Descrição do produto que contém a embalagem (modelo); Data de fabricação; Data do vencimento; Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação do produto (Composição); Endereço do fabricante; Nome do Responsável técnico; Os dizeres: “Produto não estéril”; Antes de usar, vide instruções de uso; Advertências/Precauções/Cuidados especiais/Simbologia: Vide Instrução de Uso.

Identificação:

Os instrumentais são identificados, através de gravação a laser, com as seguintes informações:

- Logomarca da empresa TECHIMPORT;
- Código do Instrumental com as iniciais TI seguidos por dez dígitos, separados por pontos, exemplo: Cód. TIXXX.XXXX.XXX;
- Lote, constituído por duas letras, referentes ao controle interno do ano e mês de fabricação, e três números sequenciais, exemplo: Lote ABXXX.

Indicação de uso/Princípio de funcionamento/Mecanismo de ação:

Auxílio em procedimento cirúrgico para auxílio na implantação de placas para CMF Techimport, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO
T1340.0002.001	Template para Placa Curva Curta 3 x 3 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.002	Template para Placa Curva Média 3 x 3 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.003	Template para Placa Curva Longa 3 x 3 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.004	Template para Placa Curva Curta 4 x 4 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.005	Template para Placa Curva Média 4 x 4 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.006	Template para Placa Curva Longa 4 x 4 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.007	Template para Placa L Direita Curva 19 x 5 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.008	Template para Placa L Direita Curva 21 x 6 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.009	Template para Placa L Direita Curva 23 x 7 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.010	Template para Placa L Direita Reta 19 x 5 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.011	Template para Placa L Direita Reta 21 x 6 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.012	Template para Placa L Direita Reta 23 x 7 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.013	Template para Placa L Esquerda Curva 19 x 5 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.014	Template para Placa L Esquerda Curva 21 x 6 Furos	Template para auxílio de dimensionamento de placas para implantação

T1340.0002.015	Template para Placa L Esquerda Curva 23 x 7 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.016	Template para Placa L Esquerda Reta 19 x 5 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.017	Template para Placa L Esquerda Reta 21 x 6 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.018	Template para Placa L Esquerda Reta 23 x 7 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.019	Template para Placa Orbital 04 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.020	Template para Placa Orbital 08 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.021	Template para Placa Orbital 12 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.022	Template para Placa Orbital 16 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.023	Template para Placa Reta Curta 04 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.024	Template para Placa Reta Curta 06 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.025	Template para Placa Reta Curta 08 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.026	Template para Placa Reta Curta 10 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.027	Template para Placa Reta Curta 12 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.028	Template para Placa Reta Curta 14 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.029	Template para Placa Reta Curta 16 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.030	Template para Placa Reta Curta 18 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.031	Template para Placa Reta Curta 20 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação

T1340.0002.032	Template para Placa Reta Longa 04 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.033	Template para Placa Reta Longa 06 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.034	Template para Placa U Curva 5 x 19 x 5 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.035	Template para Placa U Curva 6 x 21 x 6 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.036	Template para Placa U Curva 7 x 23 x 7 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.037	Template para Placa U Reta 5 x 19 x 5 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.038	Template para Placa U Reta 6 x 21 x 6 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.039	Template para Placa U Reta 7 x 23 x 7 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.040	Template para Placa V 3 x 3 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação
T1340.0002.041	Template para Placa V 4 x 4 Furos	Template para auxilio de dimensionamento de placas para implantação

Composição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
T1340.0002.001	Template para Placa Curva Curta 3 x 3 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.002	Template para Placa Curva Média 3 x 3 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.003	Template para Placa Curva Longa 3 x 3 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.004	Template para Placa Curva Curta 4 x 4 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.005	Template para Placa Curva Média 4 x 4 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.006	Template para Placa Curva Longa 4 x 4 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.007	Template para Placa L Direita Curva 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.008	Template para Placa L Direita Curva 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.009	Template para Placa L Direita Curva 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.010	Template para Placa L Direita Reta 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.011	Template para Placa L Direita Reta 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.012	Template para Placa L Direita Reta 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.013	Template para Placa L Esquerda Curva 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
T1340.0002.014	Template para Placa L Esquerda Curva 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)

TI340.0002.015	Template para Placa L Esquerda Curva 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.016	Template para Placa L Esquerda Reta 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.017	Template para Placa L Esquerda Reta 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.018	Template para Placa L Esquerda Reta 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.019	Template para Placa Orbital 04 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.020	Template para Placa Orbital 08 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.021	Template para Placa Orbital 12 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.022	Template para Placa Orbital 16 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.023	Template para Placa Reta Curta 04 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.024	Template para Placa Reta Curta 06 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.025	Template para Placa Reta Curta 08 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.026	Template para Placa Reta Curta 10 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.027	Template para Placa Reta Curta 12 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.028	Template para Placa Reta Curta 14 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.029	Template para Placa Reta Curta 16 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.030	Template para Placa Reta Curta 18 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.031	Template para Placa Reta Curta 20 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.032	Template para Placa Reta Longa 04 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.033	Template para Placa Reta Longa 06 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.034	Template para Placa U Curva 5 x 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.035	Template para Placa U Curva 6 x 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.036	Template para Placa U Curva 7 x 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.037	Template para Placa U Reta 5 x 19 x 5 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.038	Template para Placa U Reta 6 x 21 x 6 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.039	Template para Placa U Reta 7 x 23 x 7 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.040	Template para Placa V 3 x 3 Furos	Alumínio (ASTM B221)
TI340.0002.041	Template para Placa V 4 x 4 Furos	Alumínio (ASTM B221)

Prazo de validade e reprocessamento:

Prazo de validade dos instrumentais é indeterminado, podendo ser reprocessado.

Condições de armazenamento:

Os dispositivos deverão ser armazenados em local limpo, seco e a uma temperatura adequada. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/13.

Condições para transporte:

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/13.

Condições de manipulação:

Todo material deve ser tratado individualmente, em ambiente limpo e com uso de containers destinados especificamente para limpeza destes instrumentais. Os cuidados descritos a seguir são aplicados tanto para produtos novos quanto produtos que serão reutilizados:

I - Limpeza Prévia ou Desincrustação:

LIMPEZA MANUAL NO CENTRO CIRÚRGICO

Materiais:

- ✓ Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas
- ✓ Seringa de 20ml

Instrução

1 - Imergir o instrumental cirúrgico em recipiente contendo solução com detergente e água potável morna (entre 30º e 40º Celsius), conforme a orientação do fabricante.

2 - Injetar essa solução dentro do canulado do instrumental com uma seringa de 20ml;

3 - Encaminhar o instrumental cirúrgico para o Centro de Material e Esterilização – CME, imediatamente após o término da cirurgia

Obs.: usar sempre água destilada, deionizada ou desmineralizada.

LIMPEZA MANUAL NO CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO

Materiais:

- ✓ Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas
- ✓ Escova de cerdas macias: Escova Batrik extra rígida
- ✓ Fio para orifícios passantes: Fio metálico

Instrução:

- 1 - Diluir solução de em água potável morna (entre 30º e 40º Celsius). Diluição recomendada: de 2 ml por litro de água (2ml/l). Usar sempre água destilada, deionizada ou desmineralizada.
- 2 - Imergir todo o instrumental cirúrgico na solução de detergente, lembrando de injetar essa solução também dentro do lúmen dos mesmos com uma seringa de 20ml, mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 3 minutos ou conforme a orientação do fabricante;
- 3 - Friccionar a superfície externa de cada instrumental com uma esponja macia, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível, certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas;
- 5 - Friccionar a superfície interna de cada lúmen com uma escova macia, ajustada ao tamanho do lúmen, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível;
- 6 - Enxaguar a superfície externa do instrumental com água potável sob pressão;
- 7 - Enxaguar a superfície interna dos lumens injetando água potável sob pressão pelo menos 5 vezes.

Obs. : Todos os instrumentais canulados após limpeza manual devem ser colocados em lavadoras ultrassônica nos bicos injetores.

LIMPEZA AUTOMATIZADA ULTRA-SÔNICA

Materiais:

Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas

Instrução:

- 1 - Colocar o instrumental cirúrgico na lavadora ultrassônica;
- 2 - Iniciar o ciclo, conforme a orientação do fabricante.
 - ✓ Temperaturas acima de 40°C, mas sempre inferiores a 60°C (neste método não se verificou a coagulação de proteínas), facilitam a volatilização dos agentes de limpeza, favorecendo a ação do ultrassom no interior das peças, garantindo assim uma limpeza mais eficaz.

- ✓ Normalmente, 3 a 5 minutos de imersão numa frequência de 25 a 40 kHz é o suficiente para limpeza dos instrumentais. Resultados satisfatórios são obtidos de 5 a 10 minutos, quando a frequência do banho ultrassônico é de 35 kHz.

ENXÁGÜE FINAL

- 1 - Enxaguar todo o instrumental cirúrgico em água corrente, instilando água sob pressão, certificando-se posteriormente da ausência de sujidade.

SECAGEM

- 1 - Colocar o instrumental cirúrgico sobre um pano branco e limpo;
- 2 - Secar cada instrumental externa e internamente com ar sob pressão.

ESTERILIZAÇÃO

É o procedimento que visa a eliminação total dos micro-organismos (vírus, bactérias micróbios e fungos) seja na forma vegetativa ou esporulada.

a) Esterilização pelo vapor saturado sob Pressão - Autoclave

- Recomendações:

1. Utilizar para a autoclave, água destilada, desmineralizada ou deionizada, para que o vapor resultante esteja isento de impurezas. Ainda assim se necessário, a autoclave deverá possuir filtros adequados para reter impurezas.
2. Os instrumentais cirúrgicos devem ser dispostos abertos, principalmente as pinças hemostáticas e porta-agulhas, ou no máximo fechado apenas no primeiro dente da cremalheira, em bandejas e as mesmas envolvidas em campo duplo de algodão cru, ou colocados em caixas “tipo container” perfumadas, apropriadas para este tipo de esterilização.
3. Não abrir prematuramente a autoclave, para evitar a rápida condensação.
4. Não abrir a autoclave rapidamente, deixando todo o vapor sair primeiro e que o ciclo de secagem se complete
5. Os parâmetros de esterilização por autoclave é:

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	134°C (273°F)	4 minutos

6. Limpar rigorosamente e periodicamente a autoclave, removendo sujeiras e eventual excesso de ferrugem (óxido de ferro).

II – Revisão da Inspeção:

É o ato de verificar se o instrumental não apresenta qualquer irregularidade, deformidade ou resíduo de sujidade.

Recomendação:

1- Todos os instrumentais deteriorados, ou que apresentem indícios de corrosão, devem ser separados, para evitar que o processo de corrosão se alastre por contato aos demais instrumentais.

2- Proteger sempre a ponta dos instrumentos mais delicados.

3 – Nunca armazenar instrumentos limpos, em caixas cirúrgicas manchadas ou com riscos severos, que possam ser focos de contaminação para o instrumental. Separar os materiais pesados, dos delicados e de pouco peso.

III - Lubrificação:

É o cuidado, que vai permitir que as articulações dos instrumentais cirúrgicos, permaneçam maleáveis durante o uso.

Recomendações: Utilizar sempre lubrificante hidrossolúvel, de acordo com a Farmacopeia Internacional, principalmente nas articulações de pinças hemostáticas, tesouras e porta-agulhas.

IV - Manchas Superficiais:

São vias de regra, alterações superficiais da superfície metálica e não se constituem de imediato em um processo de corrosão.

- Do Tipo 1: Auréolas e manchas coloridas, parecendo as cores do arco-íris e sem contornos definidos.

Causas: São auréolas e manchas de água, proveniente de íons de metais pesados ou devidos a alta concentração de substâncias minerais ou orgânicas presentes na água.

Solução: São removidas mecanicamente, esfregando-as com escovas ou utilizando-se de limpador de aço inoxidável específico e adequado.

- Do Tipo 2: Resíduos amarelos ou marrom-escuro, presentes nos lugares difíceis de serem limpos. Não devem ser confundidos com oxidação (ferrugem).

Causas: Podem ser devidos a resíduos proteicos incrustados, usos repetidos de detergente que se agrega ao instrumental ou resíduos de soluções químicas desinfetantes não renovadas.

Solução: Limpar constantemente as cubas ou cestos de lavagem e descontaminação. Os resíduos desaparecem quando esfregados ou limpos com agentes de limpeza neutros, e se não eliminados, após certo tempo, certamente podem produzir corrosão e conseqüentemente deterioração do instrumento.

- Do Tipo 3: Coloração amarelada, por todo instrumento.

Causa: Superaquecimento no processo de esterilização.

Solução: Verificar cuidadosamente o funcionamento do aparelho de esterilização, principalmente no quesito controle e aferição de temperatura.

- Do Tipo 4: Manchas cinza-azuladas.

Causa: Utilização a frio, de certas substâncias degermantes.

Solução: A solução química degermante deverá ser descartada frequentemente, com a análise rígida do tempo recomendado pelo fabricante. Como última medida, poderá ser substituída por outro sistema de esterilização.

Descarte do Dispositivo:

- Quando necessário o descarte do instrumental cirúrgico, deverão ser seguidos procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (RDC 306, de 07/12/2004) estabelecido pelo hospital dando o melhor destino ao material extraído, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.

- Esses dispositivos devem ser inutilizados/descharacterizados para uso antes do descarte. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Techimport recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente, através da utilização de prensa de impacto, martelo ou marreta. Em seguida, os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

- Descartar todo resíduo perfuro cortante e abrasivo, inclusive os que não foram usados, em recipiente exclusivo, resistente à perfuração e com tampa, sem ultrapassar o limite de 2/3 da capacidade total.

- Para o envio desses produtos médicos utilizados em cirurgia ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade dos mesmos. Na embalagem devem constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de limpeza e desinfecção utilizada, assim como, a identificação dos mesmos.

Advertências:

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusivos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

Precauções:

Cada Instrumental é fornecido individualmente para reposição. Deverá ser tomado todo o cuidado necessário ao manusear o produto (seguir Instruções de Uso), este não poderá sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois poderá comprometer a qualidade do mesmo.

As embalagens auxiliam na conservação, manutenção e no transporte do produto. As embalagens são apropriadas e extremamente protetoras.

Os Instrumentais para reposição são embalados em embalagens plásticas e rotulados com identificação do produto (nome do produto), responsável técnico, prazo de validade (2 anos após esterilização), código do produto, número de lote, número do registro do produto no Ministério da Saúde, todos os dados da empresa.

Efeitos adversos:

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP

Telefone: +55 19 3522-9500

Site: www.techimportimplantes.com.br

Luiz Fernando Santo

Responsável Legal

Eduardo Henrique Silva Wolf

Responsável Técnico

CREA-SP: 5070056408